



Ministerstwo Zdrowia
Departament
Zdrowia Publicznego

Warszawa, 23 listopada 2020 r.

ZPP.0164.49.2020

Pani
Justyna Socha
Ogólnopolskie Stowarzyszenie
Wiedzy o Szczepieniach
STOP NOP
ul. Św. Marcin 29/8
61-806 Poznań

Szanowna Pani,

W odpowiedzi na wiadomość elektroniczną z dnia 14 listopada 2020 r., stanowiącą wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie testów na obecność wirusa SARS-CoV-2, Departament Zdrowia Publicznego prosi o przyjęcie poniższych informacji.

Odnosząc się do pytania nr 1 Departament informuje, że liczba cykli PCR zależna jest od wielu czynników, m.in. metody wykonywania testu (manualna lub automatyczna), rodzaju termocyklera czy organizacji pracy danego laboratorium. W związku z powyższym z uwagi na brak dostatecznych informacji Departament nie jest w stanie udzielić na nie odpowiedzi.

W odpowiedzi na pytanie nr 2 Departament informuje, że informacja w zakresie sekwencji nukleotydów w starterach ujęta jest w protokołach diagnostycznych, pierwszy protokół diagnostyczny dostępny jest na stronie WHO: https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/protocol-v2-1.pdf?sfvrsn=a9ef618c_2.

W odpowiedzi na pytanie nr 3 Departament informuje, że zgodnie z rekomendacjami WHO wiarygodną metodą laboratoryjnego potwierdzenia aktualnego zakażenia wirusem

SARS-CoV-2 są badania wykonywane metodami biologii molekularnej (RT-PCR). Zależnie od sytuacji epidemiologicznej danego kraju/obszaru WHO dopuszcza laboratoryjne potwierdzenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 na podstawie wykrycia obecności 1 genu specyficznego dla tego patogenu (w krajach o stałej cyrkulacji wirusa w populacji) lub na podstawie wykrycia 2 i więcej genów, w tym 1 specyficznego dla wirusa SARS-CoV-2 (w krajach, w których epidemia jest pod kontrolą). W Polsce laboratoria prowadzące diagnostykę w kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV-2 zobowiązane są do stosowania metodyki badania spełniającej wymogi aktualnej krajowej definicji przypadku potwierdzonego COVID-19, ogłaszanej przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

Z poważaniem,

Dariusz Poznański

zastępca dyrektora

/dokument podpisany elektronicznie/